

FICHA TECNICA

KIT DE EXTRACCION DE PUNTOS ESTERIL

IDENTIFICACIÓN

| | |
|--|---|
| Tipo | Kit de Extracción de Puntos |
| Marca | NOVOSALUD |
| Distribuidor | NOVOSALUD |
| Procedencia | Nacional |
| Presentación | <p>Equipo en bandeja plástica 20x14cms. con 3 divisiones</p> <p>Contenido:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 pinza quirúrgica 1 tijeras 1 bisturí N°11 2 gasas 5x5 x 4 pliegues Envoltorio Empaque Mixto <p>Etiqueta de Inventario, elaboración, vencimiento, lote, Método de Esterilización</p> <p>Caja Máster x 50 unidades (Variable)</p> |
| Características y Uso Recomendado | <p>Todo el proceso de fabricación y esterilización se concreta en una empresa ISO Certificada ISO 9001- 2008 , con autorización sanitaria ISP</p> <p>La mantención de los paquetes estériles se realiza bajo normativa ministerial vigente</p> <p>Equipo desechable preparado con materias primas seleccionadas y de calidad reconocida; esterilización por ETO.</p> <p>Producto descartable de un solo uso</p> <p>No usar si el envase se encuentra abierto o dañado</p> |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|--|-------------------------------|
| Número de Lote | Indicado en el kit |
| Fecha de elaboración | Indicado en el kit |
| Fecha de vencimiento | Indicado en el kit |
| Vida Útil a partir de la fecha de Fabricación | 2 años |
| Almacenamiento | En lugar limpio fresco y seco |

Cecilia Figueroa Zaror
Enfermera